



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 29.05.2015
MŚ-ZP-DKB-333-29/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia konserwatorskiego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy w produkcie nr 27 Dygestorium Zamawiający podtrzymuje wymóg zabudowania pod dygestorium szafki o podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrach, (cena takiej szafki jest prawie taka sama jak całego dygestorium), zgodnie z Państwa opisem pracy ze stężonymi kwasami (kwas fluorowodorowy, freon) nie wymagają one szafki o podanych parametrach - proszę zatem o dopuszczenie możliwości zaproponowania szafki metalowej niepalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, iż dokonuje zmian w opisie produktu z poz. 27 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie szafki zabudowanej pod dygestorium. Zamawiający dopuszcza dostawę szafki metalowej niepalnej o parametrach jak w zmianie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Czy w produkcie nr 2 „Prasa drukarska ręczna” Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania płyty roboczej z blachy stalowej zimnowalcowanej? W prasach drukarskich ręcznych stosuje się płyty z ebonitu materiału posiadającego wystarczającą twardość oraz wysoką odporność na odkształcenia, zarysowania związane z użytkowaniem prasy czego nie posiada płyta z

**Muzeum Śląskie w Katowicach**

a: 40-005 Katowice, al. W. Korfańskiego 3
t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67
e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
w: muzeumslaskie.pl

**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



blachy stalowej). Rozwiązanie to jest równoważne i zmiana rodzaju materiału nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność całości urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, iż dokonuje zmian w opisie produktu z poz. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza dostawę prasy drukarskiej z płytą z ebonitu. Zamawiający dopuszcza dostawę prasy drukarskie ręcznej o parametrach jak w zmianie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

W produkcie nr 6 „Wanna PCV na stelażu” czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w wymiarach?

Z załączonego opisu wynika iż wysokość samej wanny jest większa od wysokości wanny wraz z konstrukcją nośną całości. Również głębokość użytkowa wanny nie może być w przedziale takim samym jak sama głębokość wanny (nie wypełnia się jej po brzegi). Czy w takim razie Zamawiający akceptuje wymiary wanny:

*wymiary zewnętrzne 124 cm długość x 81 cm szerokość x 103 cm wysokość ze stelażem
wymiary wewnętrzne wanny 122 cm długość x 75 cm szerokość x 17,5 cm wysokość (samej wanny) głębokość użytkowa wanny 12 cm.*

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje podane wymiary przez Wykonawcę w pytaniu. Zamawiający informuje, że podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary wanny dotyczą wymiaru samej wanny (pojemnika) bez stelaża. Zamawiający przyjął możliwość wykonania wanny (pojemnika) z dwóch elementów, stąd wymiar wewn. i zewn. Zamawiający dokonuje poprawy opisu przedmiotu zamówienia w celu ułatwienia zrozumienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Pozycja 27 - dygestorium

- Czy wymóg odporności ogniowej szafy jest konieczny? Doświadczenie pokazuje, że jeżeli nie ma dodatkowych szczególnych wymagań dotyczących umieszczania substancji łatwopalnych w szafce pod dygestorium, zastosowanie szafki standardowej wyłożonej w całości wewnątrz polipropylenem powinno w zupełności spełnić oczekiwania Inwestora i Użytkownika dygestorium. Jeżeli jednak jest inaczej warto rozważyć doposażenie w szafkę atestowaną jednak znacznie droższą*
- Dodatkowo chciałbym wspomnieć o kwestii odporności termicznej polipropylenu. O ile jest to materiał w pełni odporny chemicznie - w szczególności na kwas fluorowodorowy (HFaq), bezpieczna odporność termiczna dla tego materiału wynosi +80°C. Oczywiście w przypadku chwilowego wzrostu temperatury do +120°C też nic się nie wydarzy, jednak warto wspomnieć, że żaden polipropylene nie będzie poprawnie pracował przy długotrwałym narażeniu na taką lub wyższą temperaturę. Jeżeli proces wymaga pracy ciągłej w temperaturze +120°C można rozważyć zastosowanie innych materiałów lub połączenia różnych materiałów, np.: do pracy ciągłej - ceramika techniczna - odporna na temperaturę +500°C, a tylko na czas pracy z HFaq zabezpieczenie/kuweta z PP.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w opisie produktu z poz. 27 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie szafki zabudowanej pod dygestorium.

Pytanie 5

Pozycja nr 31 - Laminator

Czy pozycja laminowanie papierem japońskim jest konieczna. Czy można dostać próbkę tego papieru żeby zrobić próbę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia laminator ma umożliwiać laminowanie papierem japońskimi oraz zwykłą folią laminacyjną.

Pytanie 6

Pozycja 37 - mikroskop stereoskopowy

Różnice między proponowanym modelem a wymienionym w ogłoszeniu:

- *Regulacja rozstawu źrenic proponujemy 52-75 zamiast 50-75*
- *Zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) - 1-4,5x zamiast 1-5x*

Ponadto proszę o wyspecyfikowanie parametrów aparatu i kamery, które być dostarczone do mikroskopu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia poz. 37, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową +/- 5% dla regulacji rozstawu źrenic. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia poz. 37 w zakresie płynnej zmiany powiększenia (zoom). Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia poz. 37, mikroskop musi być wyposażony w kompatybilną kamerę mikroskopową lub aparat fotograficzny typu lustrzanka (SLR). Kamera lub aparat muszą być zainstalowane w specjalnie do tego przeznaczonym niezależnym trzecim torze optycznym stanowiącym adapter optyczny z gwintem do montażu ww. sprzętu. Do uzyskania ostrych obrazów fotograficznych ma być dostarczone oprogramowanie, które służyć będzie do tworzenia jednego ostrego obrazu ze stosu zdjęć wykonanych w różnych płaszczyznach ostrości.

II. Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w następujący sposób:

1. Rozdział VII ust. 11 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-DKB-333-29/15

„Dostawa sprzętu i wyposażenia konserwatorskiego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Nie otwierać przed dniem 03.06.2015 r., godz. 11:15

2. Rozdział VIII ust. 1 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice, al. W. Korfatego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 03.06.2015 r. do godz. 11:00.

3. Rozdział VIII ust. 9 pkt 1) treści siwz otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2015 r., godz. 11:15 w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfatego 3, II p., sala nr 209.

4. W treści opisu przedmiotu zamówienia dokonano modyfikacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma (zmiany zostały zaznaczone kolorem).

Wprowadzone modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronach internetowych, na których jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a pkt.1) ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w IV 4.4 treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych polegającej na zmianie terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.

Załącznik:

- Opis przedmiotu zamówienia po dokonanej modyfikacji